

**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**

Secretaria da Saúde

Coordenação de Gestão da Rede - SESAB/SUVISA/LACEN/CGR

NOTA TÉCNICA

PROCESSO:	019.5064.2020.0056388-71
ORIGEM:	Diretoria LACEN
OBJETO:	Alteração na orientação de coleta das amostras para diagnóstico de COVID-19 - Utilização de apenas um (01) swab por paciente

Interessado: Unidades de Saúde

Assunto: NOTA TÉCNICA Nº 03 /2020 / LACEN/SUVISA/SESAB - Alteração na orientação de coleta

NOTA TÉCNICA Nº 03 /2020 – LACEN/SUVISA/SESAB**Assunto: Alteração na orientação de coleta das amostras para diagnóstico de COVID-19 - Utilização de apenas um (01) swab por paciente**

Considerando a NOTA TÉCNICA do Ministério da Saúde Nº 34/2020-CGLAB/DAEVS/SVS/MS de 29/05/2020, o LACEN-BA informa que a partir da presente data, para a coleta de amostra para o diagnóstico molecular por RT-PCR dos casos suspeitos de COVID-19, deve-se **utilizar apenas UM (01) SWAB por paciente, nas duas narinas**.

Ressalta-se que a partir desta orientação, NÃO deverá ser coletado swab de orofaringe.

Após a coleta, o swab deve ser colocado no tubo com meio de transporte viral (coloração rosa). Deverão ser utilizados swabs de fibra sintética (rayon) com haste de plástico.

As demais orientações relativas à coleta, armazenamento, transporte e cadastramento no GAL das amostras, permanecem conforme Nota Técnica LACEN Nº01 de 28/02/2020 e Nota Técnica COE Nº 57 de 30/04/2020.

Salvador, 30 de maio de 2020.

Arabela Leal e S. de Mello

Diretora



Documento assinado eletronicamente por **Arabela Leal e Silva de Mello, Diretor**, em 30/05/2020, às 13:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador

00018928721 e o código CRC **7EC5D80C**.

Referência: Processo nº 019.5064.2020.0056388-71

SEI nº 00018928721