

Boletim Informativo

SARAMPO



SECRETARIA
DA SAÚDE

EDIÇÃO 04 – 14.04.2021

Vigilância Laboratorial

Este informativo tem por objetivo atualizar a Vigilância Epidemiológica sobre as solicitações de **exames laboratoriais de Sarampo** ocorridos no estado da Bahia, bem como demonstrar possíveis não conformidades encontradas durante o processamento das amostras, para elaboração de estratégias de resolução.

Análise dos Exames para Diagnóstico de Sarampo

No período de março de 2021 foram analisadas 12 amostras para diagnóstico de Sarampo (Tabela 1), das quais 1 apresentou sorologia reagente (Gráfico 1). O município onde ocorreu o caso foi **Piatã**, conforme demonstrado na tabela 2. Duas amostras, do paciente que apresentou resultado IgM reagente, seguiram para o Laboratório de Referência Nacional para realização da RT-PCR, das quais, nenhuma apresentou detecção viral.

Tabela 1. Distribuição dos exames solicitados para diagnóstico de sarampo por município de residência, Bahia, março/2021.

Municípios	Exames			
	Solicitados		Executados	
	Sorologia IgM	RT-PCR (Swab/Urina)	Sorologia IgM	RT-PCR (Swab/Urina)
Amargosa	2	0	2	0
Andorinha	1	0	0	0
Bom Jesus da Lapa	1	1	1	0
Crisópolis	1	0	0	0
Cruz das Almas	1	1	1	0
Feira de Santana	1	2	1	0
Gandu	3	0	1	0
Ibirapitanga	1	0	1	0
Jequié	1	2	1	0
Miguel Calmon	1	0	0	0
Piatã	1	2	1	2
Ribeirão do Largo	1	0	0	0
Rio de Contas	1	0	0	0
Salvador	3	0	2	0
Sapeaçu	1	0	1	0
Teixeira de Freitas	1	0	0	0
TOTAL	21	8	12	2

Gráfico 1. Distribuição dos exames sorológicos IgM para diagnóstico de Sarampo, Bahia, março/2021.




Tabela 2. Distribuição dos exames IgM reagentes para diagnóstico de sarampo por município de residência, Bahia, março/2021.

Município de residência	Sorologia IgM		Pesquisa viral	
	N	%	N	%
Piatã	1	100	0	0
TOTAL	1	100	0	0

Atenção às Não Conformidades das Amostras

DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	RECOMENDAÇÕES PARA TRATATIVAS DA NÃO CONFORMIDADE
Recebimento incompleto das amostras (geralmente recebido amostra de soro sem envio de <i>swab</i> e urina).	Encaminhar as três amostras solicitadas. Em caso de impossibilidade de envio de alguma delas, justificar o motivo.
Ficha de Notificação preenchida de forma incompleta (ausência de preenchimento nos campos do agravo, sintomas e data de primeiros sintomas).	Preencher adequadamente todos os campos obrigatórios da ficha de notificação para avaliação segura e eficaz.
Preenchimento de ficha de notificação com ausência de critérios clínicos e epidemiológicos para o agravo sarampo.	Conhecer a Nota Técnica disponibilizada pelo Ministério da Saúde para o preenchimento da ficha de notificação correspondente ao agravo correto da doença.

Editorial Boletim Informativo Sarampo LACEN/BA – EDIÇÃO 04 – 14.04.2021

Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde (SUVISA)
Rívia Barros

Laboratório Central de Saúde Pública Profº Gonçalo Moniz (LACEN/BA)
Arabela Leal e Silva de Mello

Coordenação de Laboratórios de Vigilância Epidemiológica (CLAVEP)
Coordenadora Técnica:
Felicidade Mota Pereira

Equipe Técnica de Elaboração:
Felicidade Mota Pereira
Márcia Gusmão Dias
Jussara Lagos de Oliveira Silveira

Edição:
Mariana Nossa Aragão